




[コメント情報]

試料名
コメント
測定者
所属
会社

日本真空工学株式会社

[データ情報]

作成日時 2009/02/12 11:46
データタイプ 等間隔データ
横軸 Wavelength [nm]
縦軸 %T
スタート 2710 nm
エンド 690 nm
データ間隔 1 nm
データ数 2021

[測定情報]

装置名 V-7200
機種名 V-7200
シリアル番号 A000161064

測光モード %T
測定範囲 2710 - 690 nm
データ取込間隔 1 nm
UV/Vis 取込み時間 0.100 sec
NIR 取込み時間 0.100 sec
S/N モード Off
測定モード バンド幅固定
UV/Vis バンド幅 1 nm
NIR バンド幅 8 nm
スリット高さ 全開
光源 D2/WI
光源切換 350 nm
回折格子切換 900 nm
検出器切換 900 nm
補正 ベースライン/ダーク

14440-09OPC.jws

